

当院におけるMRIガイドライン

※検査依頼用紙より詳細に記載しています。ご確認よろしく申し上げます。

体内金属	検査不可	ペースメーカー全般	MRI対応装置の場合でも検査不可
		埋め込み型除細動器	
		人工内耳・中耳	
		義眼	
		神経刺激装置	
		骨成長刺激装置	
		磁石式人工肛門	
		埋め込み型インスリンポンプ	
		持続血糖測定器	
		埋め込み型心電用データレコーダー	
		乳房再建用エキスパンダー	
		美容整形術で金属片等を埋め込んでいる場合	
		弾丸、鉄片など強磁性体の破片が入っている場合	
		スワングアンツカテーテル留置中	
	検査可能 (条件付き)	脳動脈瘤クリップ	平成以降に手術された方なら検査可
可変式シャントバルブ		検査直後に圧確認を実施できる場合は検査可 当院で圧確認は行っておりません	
心臓人工弁		1970年以降の製品は検査可	
各種ステント		MRI対応ステント、留置後3カ月経過で検査可	
消化器クリップ		留置後1カ月以上経過で検査可	
避妊リング		MRI対応なら検査可	
緑内障フィルトレーションデバイス		術後3週間経過で検査可	
ストーマ、尿道留置カテーテル		接続部が金属であれば取り外して検査可	
検査可能	整形外科用固定具		
	胸骨ワイヤー		
その他	検査可能	歯科インプラント、矯正、金歯、銀歯	取り外し可能であれば外してください
		入れ墨、タトゥー、アートメイク	熱感があれば検査中止
		妊婦	依頼医師が必要と判断し同意済みで検査可
		カラーコンタクト	取り外して検査可
		薬剤浸透性貼り薬（ニトロダーム等）	外せば検査可
		増毛パウダー	検査日に塗布しなければ検査可
		巻き爪ワイヤー	取り外せば検査可

※検査部位付近に体内金属がある場合、画像に影響が出ることがあります。